Vixen®
(MS)Tアダプター・(MF)Tアダプター取扱説明書

このたびは、ビクセン「(MS)Tアダプター」または「(MF)Tアダプター」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
※この説明書は「(MS)Tアダプター」および「(MF)Tアダプター」の説明書です。調整方法など一般の取り扱いについては、各種顕微鏡に付属の取扱説明書を併せてお読みください。

取付け方法





❶ アダプターAとアダプターBの2つにわけます。



❷ 接眼スリーブにアダプターBを指し込み、ネジ②でしっかりと固定します。



❸ 接眼レンズを指し込みます。



❹ カメラレンズを外し(※1)、Tリング(※2)をカメラに取付けます。更に図を参考に、アダプターAをTリングに取付けます。



❺ アダプターAをアダプターBに指し込み、ネジ①で固定します。画面の構図を変えるときは、ネジ①をゆるめアダプターAをまわして行います。

※1 カメラレンズを取外した際のカメラボディ本体の動作については、各カメラメーカーにお問合せください。
※2 最新の適合については、ビクセン顕微鏡カタログまたはビクセンホームページにてご確認ください。

株式会社ビクセン
〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
[代　表] TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
[ホームページ] http://www.vixen.co.jp

57キ- 11- 0.5S(木I 水)